

Nils Schapdick

Zielkurven und Anpassung mit (Standard-)REUG

Welchen Einfluss hat eine Standard- oder gemessene Real Ear Unaided Gain (OEG) auf die Hörgeräteeinstellung in Abhängigkeit der herstellereigenen Anpassformel sowie der NAL-NL2 und DSL v5.0 im Vergleich?

Was ist bei der Auswahl der Zielkurven (REIG/REAG) mit den unterschiedlichen Pegeln zu beachten?

Wie erreiche ich unproblematisch eine zielführende und hochwertige Hörgeräteanpassung?